УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «24» 10 2022 г.
№ ПК2РН-56

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных

RA.RU.21ИЭ51

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) /медицинской лаборатории

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» – «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» («ЦЛАТИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

173003, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 33, этаж 1 каб. №13, этаж 2 каб. №№1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8-11

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Термометр контактный цифровой ТК-5.06. Руководство по эксплуатации, п. 2.6	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Температура	от -20 до +85 °С
					Относительная влажность / влажность	от 0 до 100 %
2.	ГОСТ Р 58596-2019, п. 7.2	Почва (грунты)	-	-	Массовая доля общего азота / общий азот	0,025-0,3 %
3.	Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М. Руководство по эксплуатации 5.910.000 РЭ, п. 10	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Давление динамическое	(0-2000) Па
					Давление статическое	от минус 2000 до 2000 Па
					Давление полное	от минус 2000 до 2000 Па
					Скорость газового потока	(2-30) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Расчетный показатель: - расход газопылевых потоков *Показатели, необходимые для проведения расчета:* - давление статическое - давление динамическое - давление полное - скорость газового потока - температура газопылевых потоков в газоходах - площадь измерительного сечения *Расчетный показатель:* - площадь измерительного сечения Показатели, необходимые для проведения расчета: - толщина стенки - диаметр газохода	 (минус 2000 - 2000) Па (0,01 - 2000) Па (минус 2000 - 2000) Па (4-30) м/с (0 - 800)^{0}С (0,01 - 6) м^2 (1 - 1500) мм (0,05- 5) м
4.	ПЭП-МВИ-002-18, п. 9	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Объемная доля кислорода / Кислород (O_2)	от 0 до 25 % об.доли
					Температура газового потока	от -20 до +1100 ^{0}С
					Массовая концентрация оксида углерода (CO) / оксид углерода (CO)	6-5000 мг/м^3
					Массовая концентрация оксида азота (NO) / оксид азота (NO)	3-400 мг/м^3
					Массовая концентрация диоксида азота (NO_2) / диоксид азота (NO_2)	6-500 мг/м^3
					Массовая концентрация суммы оксидов азота NO_x / Сумма оксидов азота NO_x (по расчёту) в пересчете на NO_2	7-1100 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация сернистого ангидрида (SO_2) / сернистый ангидрид (SO_2)	6-300 мг/м^3
					Массовая концентрация сероводорода (H_2S) / сероводород (H_2S)	3-100 мг/м^3
5.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Природная вода, питьевая вода, сточная вода	-	-	Массовая концентрация катиона аммония / аммоний	0,5-5000 мг/дм^3
					Массовая концентрация катиона бария / барий	0,1-10 мг/дм^3
					Массовая концентрация катиона лития / литий	0,015-2 мг/дм^3
					Массовая концентрация катиона стронция / стронций	0,25-50 мг/дм^3

Директор
«ЦЛАТИ по Новгородской области»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица
подписано ЭЦП

В.Г. Мельников

инициалы, фамилия